

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28783
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
7039	SULFATO DE SODIO Anhidro	7757-82-6	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	Na₂SO₄	142.04	10 / 07 / 2019	Julio 2029

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [Na ₂ SO ₄]	99.0	%	99.0	% mín.
pH de la solución al 5 % a 25 °C	6.4		5.2 – 9.2	
Materia insoluble	< 0.01	%	0.01	% máx.
Perdida después de la ignición	0.2	%	0.5	% máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Compuestos de nitrógeno (como N)	< 0.0005	%	0.0005	% máx.
Fosfato (PO ₄)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005	%	0.0005	% máx.
Hierro (Fe)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Calcio (Ca)	0.01	%	0.01	% máx.
Magnesio (Mg)	0.005	%	0.005	% máx.
Potasio (K)	0.01	%	0.01	% máx.

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma