

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	28934
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3015	PERSULFATO DE AMONIO	7727-54-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	228.19	14 / 08 / 2019	Agosto 2029

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo $[(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8]$	99.5	%	98.0	% mín.
Materia insoluble	< 0.002	%	0.005	% máx.
Residuo después de la ignición	0.02	%	0.05	% máx.
Acidez libre titulable (meq/g)	< 0.01		0.04	máx.
Cloruro y clorato (como Cl)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.005	%	0.005	% máx.
Hierro (Fe)	< 0.001	%	0.001	% máx.
Manganeso (Mn)	0.00005	%	0.00005	% máx.

<i>Observaciones:</i>	<i>Control de Calidad</i>
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma