

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29007
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
7015	ROJO DE METILO	493-52-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$C_{15}H_{15}N_3O_2$	269.30	26 / 08 / 2019	Agosto 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 4.2	Rosa	Rosa
pH 6.2	Amarillo	Amarillo

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.	Q.F.B Daniel Torres
	<i>Daniel Torres</i>
	Firma