

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29040
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0208	ALMIDÓN Reactivo en solución al 2.0 % Indicador para yodometría	9005-84-9 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	04 / 09 / 2019	Marzo 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	LMS*	LMS*
pH de la solución	7.0	N.E.**
Sensibilidad	Pasa prueba	Pasa prueba

<i>Observaciones:</i>	<i>Control de Calidad</i>
Conforme a especificaciones. *LMS: Libre de Materia en Suspensión. ** N.E: No especificado.	Q.F.B Daniel Torres  Firma