

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29084
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0611	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1 N	7761-88-8 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	12 / 09 / 2019	Septiembre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1002 N	0.1 ± 0.0005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*
pH	3.9	3.0 – 6.0

Observaciones:	Control de Calidad
Conforme a especificaciones. Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c. *LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.	Q.F.B Daniel Torres  Firma