

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Karal S.A. de C.V.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.<br>Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50<br><a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a> |

|                                |                                                                |                            |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Certificado de Análisis</b> |                                                                | <b>Lote</b>                | <b>29101</b> |
| <i>Catálogo</i>                | <i>Descripción del producto</i>                                | <i>CAS No.</i>             |              |
| <b>0963</b>                    | <b>DEBLOCK<br/>(Ácido Tricloroacético -<br/>Diclorometano)</b> | <b>76-03-9<br/>75-09-2</b> |              |

|                 |                |             |                             |                           |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Grado</i>    | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i> | <i>Fecha de Elaboración</i> | <i>Fecha de Caducidad</i> |
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b>     | <b>N/A</b>  | <b>17 / 09 / 2019</b>       | <b>Septiembre 2029</b>    |

| <b>Pruebas</b> | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Apariencia     | LCLMS*            | LCLMS*                  |
| Color (APHA)   | 5                 | 10 máx.                 |
| Densidad       | 1.3 g/mL          | N.E.**                  |
| Humedad        | 0.0242 %          | N.E.**                  |
| Mezcla         | 3 : 97            | 3 : 97                  |

**Observaciones:**

*Conforme a especificación.*

*\*LMS: Libre de Materia Suspendida.*

*\*\*N.E.: No Especificado.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**