

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29222
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0930	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (10 µS)	7447-40-7	7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	10 / 10 / 2019	Octubre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C (µS)	10.18	10.0 – 11.0
Densidad (g/mL)	1.0	N.E.*
Apariencia	LMS*	LMS**

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

** N.E: No especificado.*

***LMS: Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.