

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29322
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0706	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 1.0 N	1310-73-2 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	24 / 10 / 2019	Octubre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.002 N	1.0 N - 1.005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones. Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST.

Material estándar de referencia SRM 84L.

*LCLMS: Liquido Claro Libre de Materia Suspendida

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.