

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29483
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
6052	CLOURUO DE SODIO	7647-14-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	NaCl	58.44	28 / 11 / 2019	Noviembre 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [NaCl]	99.7 %	99.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	5.8	5.0 – 9.0
Materia insoluble	< 0.005 %	0.005 % máx.
Yoduro (I)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Bromuro (Br)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Clorato y nitrato (como NO ₃)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Fosfato (PO ₄)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.004 %	0.004 % máx.
Bario (Ba)	Pasa prueba	Pasa prueba
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.
Calcio (Ca)	0.002 %	0.002 % máx.
Magnesio (Mg)	0.001 %	0.001 % máx.
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.