

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30047
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0938	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (6000µS)	7447-40-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	10 / 04 / 2020	Abril 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	6009 µS	6000 – 6010 µS
Apariencia	Pasa prueba	*LCLMS

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i> <i>Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material Estándar de Referencia SRM 999c.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.