

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30181
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0406	E.D.T.A. Solución volumétrica 0.01M	6381-92-6 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N.A.	N.A.	22 / 05 / 2020	Mayo 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.0100 M	0.01 – 0.0105 M
Apariencia	Pasa prueba	Pasar prueba

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 915b.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.