

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30262
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0663	HIDRÓXIDO DE POTASIO (en Metanol) Solución volumétrica 0.1 N	1310-58-3 67-56-1	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	10 / 06 / 2020	Junio 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1005 N	0.1000 – 0.1005 N
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.