

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30467
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0407	E.D.T.A. Solución volumétrica 0.05 M	6381-92-6 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	27 / 07 / 2020	Julio 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.0503 M	0.05 - 0.0505 M
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:
<i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 20° C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia 915 b.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

RE-LAB-011 "Certificado de Análisis"	Pág. 1 de 1
---	-------------