

Certificado de Análisis		Lote	30582
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
9014	HEPTANO HPLC Para cromatografía líquida	142-82-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	100.20	21 / 08 / 2020	Agoto 2030

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[CH_3(CH_2)_5CH_3]$ (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm. celda contra agua):</u>		
400 – 254 nm	0.010	0.01 máx.
225 nm	0.030	0.10 máx.
210 nm	0.120	0.40 máx.
197 nm	0.390	1.00 máx.

Observaciones:
Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.