

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30586
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0930	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (10 µS)	7447-40-7 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	20 / 08 / 2020	Agosto 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C (µS)	10.87	10.0 – 11.0
Densidad (g/mL)	1.0	N.E.*
Apariencia	LMS*	LMS**

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

* N.E: No especificado.

**LMS: Libre de Materia en Suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.