

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30867
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0575	PERMANGANATO DE POTASIO Solución volumétrica 0.2 N	7722-64-7	7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	19 / 10 / 2020	Octubre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.2005 N	0.2 – 0.2005 N
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 8040.</i> <i>*LMS: Libre de Materia en Suspensión.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.