

	Karal S.A de C.V
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30922
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0610	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.02 N	7761-88-8 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	27 / 10 / 2020	Octubre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.0200 N	0.02 - 0.0205 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*
pH de la solución	3.7	3.0 – 6.0

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 999c.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

RE-LAB-011 "Certificado de Análisis"	Pág. 1 de 1
--------------------------------------	-------------