

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30968
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0350	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para electrodos ORP (240 mV)	7447-40-7 13746-66-2 14459-95-1 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	03 / 11 / 2020	Noviembre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
mV	241.5 mV	240 ± 10 mV
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>*LMS: Libre de Materia en Suspensión</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.