

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30990
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0611	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1 N	7761-88-8 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	05 / 11 / 2020	Noviembre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1002 N	0.1 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS*
pH	3.0	3.0 – 6.0

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.