

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31053
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0704	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 0.25 N	7732-18-5 1310-73-2	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	17 / 11 / 2020	Noviembre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.25001 N	0.25 – 0.25005 N
Apariencia	LMS	*LMS

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L.</i> <i>* LMS: Libre de Materia en Suspensión.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.