

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31083
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0884	PURPURA DE BROMOCRESOL Indicador en solución acuosa al 0.04%	115-40-2 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	23 / 11 / 2020	Noviembre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución acuosa	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 5.2	Amarillo	Amarillo
pH 6.8	Purpura	Purpura

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.