

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31171
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0976	FERROÍNA. REACTIVO EN SOLUCIÓN.	5144-89-8 7782-63-0 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N.A.	N.A.	09 / 12 / 2020	Diciembre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	LMS*	LMS*
Indicador Redox	Pasa Prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**LMS: Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.