

Certificado de Análisis		Lote	31412
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0702	HIDRÓXIDO DE SODIO Solución volumétrica 0.1 N	1310-73-2 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	05 / 02 / 2021	Febrero 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.1000 - 0.1005N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Trazabilidad

Esta solución volumétrica es directamente trazable al NIST, con el material de referencia: 84L.

Información de la preparación:

La solución volumétrica es preparada usando materiales de alta pureza y valorizada con métodos analíticos para conformidad previo a su uso. La estabilidad de este producto se basa en rigurosas pruebas a corto y largo plazo en la solución para el valor certificado. Estas pruebas incluyen, pero no está limitado, el efecto de la temperatura y el envasado del producto.

Información de caducidad

La fecha de caducidad está garantizada para ser válida por 36 meses desde su fecha de envasado.

Almacenamiento

Almacenar de 15°C a 25°C, bien cerrado, en su empaque original.

Calibración de la balanza

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

Calibración de los termómetros

Todos los termómetros son trazables al NIST a través de termómetros que son calibrados por un laboratorio de calibración acreditado.

Calibración del material volumétrico

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.