

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31539
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0753	TIOSULFATO DE SODIO Solución volumétrica 0.1 N	10102-17-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N.A.	N.A.	03 / 03 / 2021	Marzo 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.1 – 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST material estándar de referencia SRM 136f.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.