

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31703
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0685	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO al 3.0%	7722-84-1 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	01 / 04 / 2021	Abril 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS *
Ensayo [H ₂ O ₂]	3.00 %	3.0 – 3.05 %

Observaciones: Conforme a especificaciones. *LCLMS: Liquido Claro Libre de Materia Suspendida.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.