

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31775
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
1044	TIMOLFTALEINA	125-20-2	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	$C_{28}H_{30}O_4$	430.54	15 / 04 / 2021	Abril 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.8	Incoloro	Incoloro
pH 10.5	Azul	Azul

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.