

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32116
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0906	REACTIVO DE FEHLING'S B	6381-59-5 1310-73-2 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	21 / 06 / 2021	Junio 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	LMS	* LMS
Densidad (g/ml)	1.23	** N.E.
Color (APHA)	5	** N.E.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> * LMS: Libre de Materia Suspendida. *N.E. = No específico

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.