

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32147
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0930	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (10 µS)	7447-40-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	24 / 06 / 2021	Junio 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C (µS)	10.0	10.0 – 11.0
Densidad (g/mL)	1.01	N.E.*
Apariencia	LMS	LMS**

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>* N.E: No especificado.</i> <i>**LMS: Libre de Materia en Suspensión</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.