

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32255
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0652	HIDROXIDO DE POTASIO Solución volumétrica 0.5 N en etanol	1310-58-3 64-17-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	15 / 07 / 2021	Julio 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*
Normalidad	0.5002 N	0.5 - 0.5005 N

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84 L.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.