

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32385
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
9014	HEPTANO HPLC Para cromatografía líquida	142-82-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	100.20	06 / 08 / 2021	Agosto 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[CH_3(CH_2)_5CH_3]$ (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm. celda contra agua):</u>		
400 – 254 nm	< 0.01	0.01 máx.
225 nm	0.02	0.10 máx.
210 nm	0.10	0.40 máx.
197 nm	0.47	1.00 máx.

Observaciones:
<i>Conforme a especificaciones.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.