

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32790
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
7043	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD (AZUL)	7631-86-9	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	06 / 10 / 2021	Octubre 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Pérdidas por secado a 145 °C	< 6.0 %	6.0 % máx.
Capacidad de absorción	> 27.0 %	27.0 % min.
Hierro (Fe)	< 1.0 %	1.0 % máx.
Contenido de partículas mayor a 6.30 mm	< 1.5 %	1.5 % máx.
Contenido de partículas menor a 2.50 mm	< 1.5 %	1.5 % máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.