

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32893
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2006	NITRATO DE BARIO	10022-31-8	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	Ba(NO₃)₂	261.35	10 / 10 / 2021	Octubre 2031

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [Ba(NO ₃) ₂]	99.3	%	99.0	% mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	6.7		5.0 – 8.0	
Materia insoluble	0.01	%	0.01	% máx.
Cloruro (Cl)	0.0005	%	0.0005	% máx.
Calcio (Ca)	0.05	%	0.05	% máx.
Potasio (K)	0.005	%	0.005	% máx.
Sodio (Na)	0.005	%	0.005	% máx.
Estroncio (Sr)	0.1	%	0.1	% máx.
Metales pesados (como Pb)	0.0002	%	0.0005	% máx.
Hierro (Fe)	<0.0002	%	0.0002	% máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

RE-LAB-011 "Certificado de Análisis" Rev.1-A	Pág. 1 de 2
---	--------------------