

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33082
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
2006	NITRATO DE BARIO	10022-31-8	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	Ba(NO₃)₂	261.35	19 / 11 / 2021	Noviembre 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [Ba(NO ₃) ₂]	99.3 %	99.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	6.7	5.0 – 8.0
Materia insoluble	0.01 %	0.01 % máx.
Cloruro (Cl)	0.0005 %	0.0005 % máx.
Calcio (Ca)	0.05 %	0.05 % máx.
Potasio (K)	0.005 %	0.005 % máx.
Sodio (Na)	0.005 %	0.005 % máx.
Estroncio (Sr)	0.1 %	0.1 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.0002 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	<0.0002 %	0.0002 % máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

RE-LAB-011 "Certificado de Análisis" Rev.1-A	Pág. 1 de 1
---	--------------------