

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34224
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2026	METIL ISOBUTIL CETONA	108-10-1	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Caducidad
Reactivo ACS	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3$	100.16	01 / 07 / 2022	Julio 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3]$	99.8 %	98.5 % min.
Color (APHA)	< 10	15
Agua (H_2O)	< 0.1 %	0.1 % máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.005 % máx.
Acidez titulable meq / g	0.001 meq/g	0.002 meq/g

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.