

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Karal S.A. de C.V.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.<br>Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50<br><a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a> |

| <b>Certificado de Análisis</b> |                                 | <b>Lote</b>                                           | <b>36201</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Catálogo</i>                | <i>Descripción del producto</i> | <i>CAS No.</i>                                        |              |
| <b>8004</b>                    | <b>DETERKEM NEUTRO</b>          | <b>7732-18-5</b><br><b>112-53-8</b><br><b>67-63-0</b> |              |

| <i>Grado</i>    | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i>  | <i>Fecha Elaboración</i> | <i>Fecha Caducidad</i> |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N / A</b>   | <b>N / A</b> | <b>18 / 07 / 2023</b>    | <b>Julio 2028</b>      |

| <b>Pruebas</b>    | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Apariencia        | LCLMS*            | LCLMS*                  |
| pH de la solución | 7.7               | 7.0 – 8.0               |
| Densidad (g/ml)   | 1.0               | 1.0                     |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones:</b><br><br><p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**