

Certificado de Análisis		Lote	41909
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0119	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 0.1 M	7647-01-0 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	21 / 11 / 2024	Noviembre 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.1004 M	0.0995 – 0.1005 M
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas y verificación.**
Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- **Verificación del material de vidrio.**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico:

- **ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:
Conforme a especificaciones internas.
*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.