

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41929
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0313	BUFFER pH 1.68	7732-18-5 6153-56-6 7647-01-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	26 / 11 / 2024	Noviembre 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	1.68	1.66 – 1.70
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.