

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	50542
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
4071	NITRATO DE SODIO	7631-99-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	NaNO₃	84.99	08 / 04 / 2025	Abril 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [NaNO ₃]	99.0 %	99.0 % mín.
pH de la solución al 5% a 25 °C	5.9	5.5 – 8.3
Materia insoluble	0.001 %	0.005 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Yodato (IO ₃)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Nitrito (como NO ₂)	0.001 %	0.001 % máx.
Fosfato (PO ₄)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Calcio (Ca)	0.005 %	0.005 % máx.
Magnesio (Mg)	0.002 %	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0003 %	0.0003 % máx.

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.