

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	51888
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
6009	TARTRATO DE SODIO Patrón primario	6106-24-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Estándar primario	Na₂C₄H₄O₆ · 2H₂O	230.08	20 / 11 / 2025	Noviembre 2035

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [Na ₂ C ₄ H ₄ O ₆ · 2H ₂ O]	99.1 %	99.0 – 101.0 %
Perdida por secado a 150 °C	15.61 %	15.61 % – 15.71 %
pH de la solución al 5% a 25 °C	7.7	7.0 – 9.0
Materia insoluble	0.001 %	0.005 % máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.