

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61312
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8035	DIFENILCARBAZIDA (SIM)	140-22-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	$C_6H_5NHNHCONHNHC_6H_5$	242.28	29 / 07 / 2026	Julio 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Punto de fusión	176 °C	173 – 176 °C
Solubilidad en acetona acuosa	Pasa prueba	Pasa prueba
Residuo después de la ignición	0.05 %	0.05 % máx.
Sensibilidad a los cromatos	Pasa prueba	Pasa prueba

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.