

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61386
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8010	NITRATO DE PLATA	7761-88-8	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	AgNO₃	169.87	11 / 08 / 2026	Agosto 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (AgNO ₃)	99.0 %	99.0 % mín.
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Ácido libre	Pasa prueba	Pasa prueba
Sustancias no precipitadas por HCl	< 0.01 %	0.01 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Cobre (Cu)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.0002 %	0.0002 % máx.
Plomo (Pb)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.