

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61395
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3008	ÉTER ETÍLICO Anhidro	60-29-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(CH₃CH₂)₂O	74.12	11 / 08 / 2026	Agosto 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [(CH ₃ CH ₂) ₂ O] (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	< 5	10 máx
Peróxido (como H ₂ O ₂)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.001 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	< 0.0002	0.0002 máx.
Alcohol (CH ₃ CH ₂ OH) (como preservativo)	Pasa prueba	Pasa prueba
Agua (H ₂ O)	0.02 %	0.03 % máx.
Carbonilos (como HCHO)	< 0.001 %	0.001 % máx.

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.</i> <i>El resultado de ensayo, se reporta con el % de H₂O corregido.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.