

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61402
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0145	ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 1.0 N	7664-93-9 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	12 / 08 / 2026	Agosto 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.000 N	0.995 – 1.005 N
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas y verificación.**
Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación, son calibradas por un laboratorio acreditado.
- **Verificación del material de vidrio.**
Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Liquido Claro Libre de Materia en Suspensión</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.