

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	61465
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3090	ÉTER DE PETRÓLEO	8032-32-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	N/A	N/A	20 / 08 / 2026	Agosto 2036

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Rango de ebullición	35 °C	35 – 60 °C
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.001 % máx.
Acidez	Pasa prueba	Pasa prueba

Soporte técnico:

Este material fue analizado bajo un sistema de gestión de calidad **ISO 9001:2015** Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.